



151100140376

检 验 报 告

报告编号: YPZ202000180

检品名称: 隔离衣

供样单位: 绍兴金阳纺织有限公司

检验目的: 委托检验

生产单位: 绍兴金阳纺织有限公司



绍兴市食品药品检验研究院



扫描全能王 创建



151100140376

绍兴市食品药品检验研究院



报告书编号: YPZ202000180

共2页 第1页

检品名称	隔离衣	检验目的	委托检验
型号规格	250型包边款	商 标	/
生产日期	2020. 2. 25	批号或编号	20200225
委托单位	名称	绍兴金阳纺织有限公司	受检单位
	地址	/	生产单位
包装	塑袋	有/失效期	/
抽样者	/	抽样基数	/
抽样地点	/	抽样数量	/
抽样日期	/	到样数量	3件
送样者	/	到样日期	2020/04/21
检验依据	医疗器械注册产品标准: 浙绍械备20200144号		
检验项目	部分检验		
样品状态	外包装完好		
检测日期	2020/04/21~2020/04/23	检测地点	绍兴市食品药品检验研究院
检验结论	本品按医疗器械注册产品标准: 浙绍械备20200144号判定所测项目, 结果符合规定。		
备注			

检验人: 贺晶晶 核人: 王健东 授权签字人: 谢所格 签发日期: 2020/04/23



扫描全能王 创建



151100140376

绍兴市食品药品检验研究院

检验结果汇总

检验报告专用章

检品编号: YPZ202000180

共2页 第2页

标准条款	检验项目	标准要求	检验结果
	2.5透湿率	应不低于2500g/(m ² ·d)	3061g/(m ² ·d)
	2.6表面抗湿性	外侧表面沾水等级应不低于3级的要求	4-5级 4-5级 4-5级
	2.8抗渗水性	应不低于1.67kPa(17cm H ₂ O)	25.76kPa 25.69kPa 25.41kPa 25.75kPa 25.35kPa (平均 25.59kPa)
以下空白			

本报告书仅对所送样品
和所检验项目负责

扫描全能王 创建